

ENGLISH

A-762121 & A-762111 (Aluminium), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Carbon / Titanium)

Part number: **A-762121 , A-762111**

Contents

Female Pylon

Female Pyramid Tube Clamp

- Material: Aluminium
- Weight limit: 100kg
- Length: 400 mm / 250 mm

Part number: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Contents

Female Pylon

Female Pyramid Tube Clamp

Carbon Tube Insert

Male Pyramid Socket Adapter (A-766122, A-766112)

- Material: Carbon / Titanium
- Weight limit: 166 kg
- Length: 400 mm / 250 mm

	Torque	Locite
Pinch Bolt	10 Nm x 2	242
Set Screws	15 Nm	242

NOTE: Pinch bolt must be positioned anteriorly on the prosthesis. Ensure tube is fully inserted into tube clamp adapter before securing.


Procedure for cutting and assembling pylon:

The pylon should be shortened based on the Individuals measurements. This must be done according to the instructions below, avoid damaging the pylon as this may prevent easy insertion into the tube clamp adapter.

- Do not clamp tube directly in vice, use either 30 mm-tube clamp or tube cutter.
- Ensure tube is cut straight with a hacksaw, not at an angle.
- Remove all burs with a file and add Carbon Tube Insert before inserting into tube clamp adapter.
- Loosen pinch bolt on tube clamp adapter before inserting pylon.
- Ensure tube is fully inserted and in firm contact with base of tube clamp adapter.

- 2 year limited warranty.

A-762121, A-762111 rated to 100kg/220lbs for normal use. A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 rated to 166kg/366lbs for normal use.



	ISO 10328 - label	
	Weight (Kg)	Label text
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

DEUTSCH

A-762121 & A-762111 (Aluminium), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Karbon / Titan)

Teilenummer: **A-762121 , A-762111**

Inhalt

Pyramidenaufnahmerohr

Rohrklemmadapter mit Pyramidenaufnahme

- Material: Aluminium
- Gewichtsgrenze: 100 kg
- Länge: 400 mm / 250 mm

Teilenummer: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Inhalt

Pyramidenaufnahmerohr

Rohrklemmadapter mit Pyramidenaufnahme

Karbon Rohreinsatz

Pyramidenschaftadapter (A-766122, A-766112)

- Material: Karbon/Titan
- Gewichtsgrenze: 166 kg
- Länge: 400 mm / 250 mm

	Drehmoment	Loctite
Klemmschraube	10 Nm x 2	242
Sicherheitsschrauben	15 Nm	242

Wichtig: Die Klemmschraube muss sich auf der Vorderseite der Prothese befinden. Stellen Sie vor dem Festdrehen sicher, dass das Rohr komplett in den Rohrklemmadapter eingesetzt ist.

Zuschnitt und Einbau des Rohradapters:

Der Rohradapter muss maßgerecht gekürzt werden. Folgen Sie dabei genau den unten stehenden Anleitungen und vermeiden Sie eine Beschädigung des Rohrs, um ein problemloses Einführen in den Rohrklemmadapter zu sichern.

VI. Befestigen Sie das Rohr nicht direkt in einem Schraubstock, benutzen Sie eine 30 mm- Rohrklemme oder geeignete Schutzbacken.

VII. Stellen Sie sicher, dass das Rohr mit einer Metallsäge oder einem Rohrabtschneider gerade abgeschnitten wird.


VIII. Entgraten Sie sämtliche Unebenheiten (innen und außen) vor dem Einsetzen in den Rohrklemmadapter.

IX. Lösen Sie die Klemmschraube auf dem Rohrklemmadapter, bevor Sie das Rohr einführen.

X. Stellen Sie sicher, dass das Rohr komplett eingesetzt ist und fest unten im Rohrklemmadapter sitzt.

- 2 jahre Garantie

A-762121, A-762111 ausgelegt für 100 kg bei normaler Belastung. A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 ausgelegt für 166 kg bei normaler Belastung.



	ISO 10328 – Etiketten	
	Gewicht (kg)	Etikettentext
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

FRANÇAIS

A-762121 & A-762111 (AL), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Carbone / Titane)

Référence: **A-762121 , A-762111**

Composé de

Tube avec pyramide femelle

Adaptateur femelle dia. 30 à serrage avec yramide femelle

- Matériau : AL
- Limite de poids : 100kg
- Longueur : 400 mm / 250 mm

Référence: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Composé de

Tube avec pyramide femelle

Adaptateur femelle dia. 30 à serrage avec pyramide femelle

Insert du tube carbone

Adaptateur d'emboîture à 4 branches et pyramide mâle

(A-766122, A-766112)

- Matériau : Carbone / Titane
- Limite de poids : 166 kg
- Longueur : 400 mm / 250 mm

	Serrage	Loctite
Vis de serrage	10 Nm x 2	242
Vis de réglage	15 Nm	242

REMARQUE : placer la vis de serrage sur la face antérieure de la prothèse. S'assurer que le tube est en butée au fond de l'adaptateur femelle avant de serrer.


Découpe et assemblage du tube:

Couper le tube selon les mesures du patient en suivant les instructions ci-dessous. Veiller à ne pas endommager le tube.

- Ne pas serrer le tube directement dans l'étau : utiliser des mordaches ou un coupe tube par exemple.
- Réaliser une coupe droite perpendiculaire à l'axe du tube.
- Ebavurer et placer l'insert avant d'insérer le tube dans l'adaptateur.
- Desserrer la vis de serrage située sur l'adaptateur avant de procéder à l'insertion du tube.
- S'assurer que le tube est en butée au fond de l'adaptateur avant de serrer.

- 2 ans de garantie limitée

A-762121, A-762111 100 kg/2200 lb nominal, pour une utilisation normale. A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 166 kg/366 lb nominal, pour une utilisation normale.



	ISO 10328 - étiquette	
	Poids (kg)	Texte sur étiquette
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

ESPAÑOL

A-762121 & A-762111 (Aluminio), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Carbono / Titanio)

Referencia: **A-762121 , A-762111**

Contiene

Tubo de soporte hembra

Abrazadera de tubo con pirámide hembra

- Material: Aluminio
- Peso límite: 100 kg
- Largo: 400 mm / 250 mm

Referencia: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Contiene

Tubo de soporte hembra

Abrazadera de tubo con pirámide hembra

Pieza de inserción de carbono

Adaptador de encaje con pirámide macho (A-766122, A-766112)

- Material: Carbono/titanio
- Peso límite: 166 kg
- Largo: 400 mm / 250 mm

	Par de apriete	Loctite
Perno de apriete	10 Nm x 2	242
Tornillo de retención	15 Nm	242

NOTA: El perno de fijación debe colocarse en la parte anterior de la prótesis. Asegúrese de que el tubo esté completamente introducido en la abrazadera de tubo antes de fijarlo.

Procedimiento de corte y ensamblaje del tubo de soporte:


Acorte el tubo de soporte conforme a las medidas del usuario siguiendo las instrucciones que brindamos a continuación. Evite dañar el tubo de soporte, ya que ello dificultaría la inserción del mismo en la abrazadera de tubo.

- No sujete el tubo directamente en el torno de banco, utilice una abrazadera de tubo de 30 mm o un corta tubos.
- Asegúrese de cortar el tubo en línea recta con una sierra de arco, y no en ángulo.
- Lime todas las asperezas y añada la pieza de inserción para tubo de carbono antes de introducir en el adaptador de abrazaderas para tubo.
- Afloje el perno de fijación que se halla sobre el adaptador de la abrazadera de tubo antes de introducir el tubo de soporte.
- Asegúrese de que el tubo esté totalmente introducido y que exista un contacto firme entre él y la base del adaptador de abrazadera de tubo.

- 2 años de garantía limitada

A-762121, A-762111 soporta un peso máximo de 100 kg/220 lb con un uso normal.

A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 soporta un peso máximo de 166 kg/366 lb con un uso normal.



	Etiqueta de la norma ISO 10328	
	Peso (kg)	Texto de la etiqueta
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

DANSK

A-762121 & A-762111 (Aluminium), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Kulfiber / Titanium)

Varenummer: **A-762121 , A-762111**

Indhold

Hunrør i aluminium

Hun-spændebånd i aluminium

- Materiale: Aluminium
- Maksimal vægt: 100 kg
- Længde: 400 mm / 250 mm

Varenummer: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Indhold

Hunrør i aluminium

Hun-spændebånd i titanium

Indsats til kulfiberrør

Hylsteradapter til hanpyramide(A-766122, A-766112)

- Materiale: Kulfiber/titanium
- Maksimal vægt: 166 kg
- Længde: 400 mm / 250 mm

	Moment	Loctite
Friktionsbolt	10 Nm x 2	242
Justeringskrue	15 Nm	242

Bemærk: Friktionsbolten skal placeres foran på protesen. Vær sikker på, at røret er sat helt ind i røradapteren, inden det spændes fast.

Procedure for tilskæring og samling af røret:

Røret skal afkortes i henhold til de individuelle mål. Dette skal gøres i overensstemmelse med instruktionerne forneden. Undgå at skade røret. Det vil i givet fald gøre det sværere at sætte røret ind i røradapteren.

- Spænd ikke røret fast direkte i skruetvingen. Brug enten et 30 mm spændebånd eller en rørskrærer.

II. Vær sikker på, at røret bliver skåret lige igennem og ikke skævt. Brug en metalsav.

III. Fjern alle splinter med en fil, inden røret sættes ind i røradapteren.


IV. Inden røret sættes ind i røradapteren, skal friktionsbolten løsnes på røradapteren.

V. Vær sikker på, at røret er sat helt ind, og det stemmer imod bunden af røradapteren.

- 2 års begrænset garanti.

A-762121, A-762111 dimensioneret til 100 kg. Til normal brug.

A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 dimensioneret til 166 kg. Til normal brug.



	ISO 10328 – mærkat	
	Vægt (kg)	Mærkattekst
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

SVENSKA

A-762121 & A-762111 (Aluminium), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Kolfiber / Titan)

Artikelnummer: **A-762121 , A-762111**

Innehåll

Aluminiumrör med pyramidhona

Pyramidhona i aluminium

- Material: aluminum
- Max. kroppsvikt: 100 kg
- Längd: 400 mm / 250 mm

Artikelnummer: **A-766122, A-766112, A-766121, A-766111**

Innehåll

Aluminiumrör med pyramidhona

Pyramidhona i titan

Kolfiberrör

Hylsadapter med hanpyramid (A-766122, A-766112)

- Material: kolfiber/titan
- Max. kroppsvikt: 166 kg
- Längd: 400 mm / 250 mm

	Moment	Loctite
Klämskruv	10 Nm x 2	242
Justerskruv	15 Nm	242

OBS: Klämskruben måste placeras framtill på protesen. Se till att röret är helt inskjutet i adaptern innan det sätts fast.


Kapning och montering av rör:

Röret skall kortas med hänsyn till individens mått. Detta måste göras enligt anvisningarna nedan. Undvik att skada röret då det kan försvåra montering av adaptern.

- I. Spänn inte fast röret direkt i skruvstället; använd antingen en 30 mm adapter eller en kapgigg.
- II. Se till att röret kapas rakt av med en bågfil – vinkelrätt.
- III. Ta bort grader med en fil och installera det inre kolfiberröret före montering i adaptern.
- IV. Lossa klämskruvarna på adaptern innan röret skjuts in.
- V. Se till att röret är helt inskjutet och vilar stadigt mot adapterns botten.

- 2 års garanti

A-762121, A-762111 godkänd för upp till 100 kg, för normal användning.
A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 godkänd för upp till 166 kg, för normal användning.



ISO 10328 – etikett		
	Vikt (Kg)	Etiketttext
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

NEDERLANDS

A-762121 & A-762111 (Aluminium), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Koolstof / Titaan)

Bestelnr: A-762121 , A-762111

Inhoud

Vrouwelijke pyloon
Vrouwelijke pyramide buisklem

- Materiaal: aluminum
- Gewichtslimiet: 100 kg
- Lengte: 400 mm / 250 mm

Bestelnr: A-766122, A-766112, A-766121, A-766111

Inhoud

Vrouwelijke pyloon
Vrouwelijke pyramide buisklem
Koolstof buisinsteek
Mannelijke pyramide koker adapter (A-766122, A-766112)

- Materiaal: koolstof/titaan
- Gewichtslimiet: 166 kg
- Lengte: 400 mm / 250 mm

	Aandraaien tot	Loctite
Klembout	10 Nm x 2	242
Zetschroeven	15 Nm	242

LET OP: De klembout moet voor aan de prothese geplaatst worden. Verzeker u ervan dat de buis geheel in de buisklem adapter gestoken is, voordat u het vast maakt.


Procedure voor het snijden en monteren van de pyloon:

De pyloon moet verkort worden op basis van de individuele maten. Dit moet volgens de aanwijzingen hier beneden gebeuren, en de pyloon moet niet beschadigd worden, zodat het makkelijk blijft de pyloon in de buisklem adapter te steken.

- I. Klem de buis niet direct in een bankschroef, gebruik of een 30 mm buisklem of een buis snijder
- II. Zorg ervoor dat de buis recht, niet in een hoek, is afgesneden met een ijzerzaag.
- III. Verwijder alle rafels met een vijl en steek de koolstof buisinsteker erin, voordat u de pyloon in de buisklem adapter steekt.
- IV. Maak de klembout op de buisklem adapter los, voordat u de pyloon insteekt.
- V. Verzeker u ervan dat de buis helemaal ingestoken is en goed contact maakt met de basis van de buisklem adapter.

- 2 jaar beperkte garantie

A-762121, A-762111 belastbaar tot 100 kg/220 lb., voor normaal gebruik.
A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 belastbaar tot 166 kg/366 lb., voor normaal gebruik.



	ISO 10328 - label	
	Gewicht (kg)	Labeltekst
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

PORTUGUÊS

A-762121 & A-762111 (Alumínio), A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 (Carbono / Titânio)

Referência: A-762121 , A-762111

Conteúdo

Prótese Temporária Fêmea
Grampo Tubo Pirâmide Fêmea

- Material: Alumínio
- Limite de Peso: 100 kg
- Comprimento: 400 mm / 250 mm

Referência: A-766122, A-766112, A-766121, A-766111

Conteúdo

Prótese Temporária Fêmea
Grampo Tubo Pirâmide Fêmea
Elemento para Inserção no Tubo de Carbono
Adaptador para Encaixe de Pirâmide Macho (A-766122, A-766112)

- Material: Carbono/Titânio
- Limite de Peso: 166 kg
- Comprimento: 400 mm / 250 mm

	Torque	Locite
Parafuso de Aperto	10 Nm x 2	242
Parafusos Distanciadores	15 Nm	242

NOTA: O parafuso de aperto tem de ficar posicionado anteriormente, na prótese. Verifique se o tubo está completamente introduzido no adaptador do grampo do tubo antes de proceder à fixação.

Procedimentos para o corte e montagem da prótese temporária:

A prótese temporária deve ser encurtada em função das medidas do utilizador. Para tal, têm de ser seguidas as instruções que seguidamente são expostas. Evite danificar a prótese temporária, uma vez que tal pode dificultar a sua fácil introdução no adaptador do grampo do tubo.


- I. Não prenda o tubo directamente no torno. Use um grampo para tubo de 30 mm ou uma máquina de cortar tubos.
- II. Assegure-se de que o tubo é cortado a direito, com um serrote de metais, e não obliquamente.
- III. Retire todas as rebarbas com uma lima e monte

o Elemento para Inserção no Tubo de Carbono antes de proceder à introdução no adaptador do grampo do tubo.

- IV. Afrouxe o parafuso de aperto no adaptador do grampo do tubo antes de introduzir a prótese temporária.
- V. Verifique se o tubo está completamente introduzido e se encontra firmemente em contacto com a base do adaptador do grampo do tubo.

- Garantia limitada de 2 anos.

A-762121, A-762111 classificado para 100 kg/220 lbs, para utilização normal.
A-766122, A-766112, A-766121, A-766111 classificado para 166 kg/366 lbs, para utilização normal.



	ISO 10328 - etiqueta	
	Peso (kg)	Texto da etiqueta
A-762121 A-762111	100	ISO 10328–P5–100–kg
A-766122 A-766112 A-766121 A-766111	166	ISO 10328–P7–166–kg

DE – Hinweis: Össur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach betriebsinternen Normen geprüft . Die Kompatibilität mit bzw. die Einhaltung dieser Normen ist nur möglich, wenn die Össur-Produkte mit anderen empfohlenen Össur-Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleiß auftreten, ist der Patient darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und seinen Arzt oder Orthopädietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde für den Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und geprüft. Die Vorrichtung darf NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den Arzt.

FR – Attention: Les produits et composants Össur sont conçus et testés selon les normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas où aucune norme officielle ne s'applique. La compatibilité et le respect de ces normes ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Össur sont utilisés avec d'autres composants recommandés par Össur. En cas de mouvement inhabituel ou d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arrêter de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Los productos y componentes de Össur han sido diseñados y probados según la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo está garantizada si los productos y componentes de Össur se utilizan junto con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Es necesario notificar al paciente que, si en algún momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso y consultar con su especialista clínico. Este producto ha sido diseñado y probado para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de diversos pacientes. Si se produce algún problema derivado del uso este producto, póngase en contacto inmediatamente con su especialista clínico.

NO – Advarsel: Össur produkter og komponenter er utformet og testet i henhold til gjeldende offisielle standarder eller en internt definert standard når ingen offisiell standard gjelder. Kompatibilitet og samsvar med disse standardene oppnås bare når Össur produkter brukes sammen med andre anbefalte Össur komponenter. Hvis det oppdages uvanlig bevegelse eller produktslitasje i en strukturell del av en enhet til noen tid, bør pasienten få beskjed om å umiddelbart slutte å bruke enheten og ta kontakt med hans/hennes kliniske spesialist. Dette produktet er utviklet og testet basert på at det brukes av én enkelt pasient. Denne enheten skal IKKE brukes av flere pasienter. Hvis det oppstår problemer med bruk av dette produktet, må du straks ta kontakt med din medisinske fagperson.

DA – Forsigtig: Össur produkter og -komponenter er udviklet og afprøvet i henhold til de gældende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke findes en gældende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse standarder opnås kun, når Össur produkter anvendes sammen med andre anbefalede Össur komponenter. Hvis der når som helst konstateres en usædvanlig bevægelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten instrueres til omgående at holde op med at anvende den pågældende protese og kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af en patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig! Össur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats så att de uppfyller tillämpliga industristandarder eller lokala standarder där det inte finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast när Össur-produkter används med andra rekommenderade Össur-produkter. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta användningen av produkten och rådgöra med sin kliniska specialist om han/hon upptäcker en ovanlig rörelse eller slitage på någon av produktens konstruktionsdelar. Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en enskild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL – Opgelet: Össur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar toepasselijke, officiële maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen officiële maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen wordt alleen verkregen wanneer Össur producten en onderdelen met andere aanbevolen Össur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de patiënt abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiënten wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT- Atenção: Os produtos e componentes da Össur são fabricados e testados de acordo com as normas oficiais aplicáveis ou normas internas definidas quando não seja aplicável nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com estas normas apenas são alcançadas se os produtos da Össur forem utilizados com outros componentes recomendados pela Össur. Se a qualquer momento for detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o paciente deve ser instruído a interromper de imediato o uso do dispositivo e consultar o seu especialista clínico. Este produto foi fabricado e testado com base na utilização por um único paciente e não deve ser utilizado em múltiplos pacientes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contato com o seu especialista clínico.

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested according to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only when Össur products are used with other recommended Össur components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

Össur Americas 27051 Towne Centre Drive Foothill Ranch, CA 92610, USA Tel: +1 (949) 382 3883 Tel: +1 800 233 6263 ossurusa@ossur.com	Össur Canada 2150 – 6900 Graybar Road Richmond, BC V6W 0A5 , Canada Tel: +1 604 241 8152	Össur APAC 2F, W16 B No. 1801 Hongmei Road 200233, Shanghai, China Tel: +86 21 6127 1707 asia@ossur.com
Össur UK Ltd Unit No 1, S.Park Hamilton Road Stockport SK1 2AE, UK Tel: +44 (0) 8450 065 065 ossuruk@ossur.com	Össur Nordic Box 770 191 27 Sollentuna, Sweden Tel: +46 1818 2200 info@ossur.com	Össur Australia 26 Ross Street, North Parramatta NSW 2151 Australia Tel: +61 2 88382800 infosydney@ossur.com
Össur Europe BV De Schakel 70 5651 GH Eindhoven The Netherlands Tel: +800 3539 3668 Tel: +31 499 462840 info-europe@ossur.com	Össur Iberia S.L.U Calle Caléndula, 93 - Miniparc III Edificio E, Despacho M18 28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas Madrid – España Tel: 00 800 3539 3668 orders.spain@ossur.com orders.portugal@ossur.com	Össur South Africa Unit 4 & 5 3 on London Brackengate Business Park Brackenfell 7560 Cape Town South Africa Tel: +27 0860 888 123 infosa@ossur.com
Össur Deutschland GmbH Augustinusstrasse 11A 50226 Frechen Deutschland Tel: +49 (0) 2234 6039 102 info-deutschland@ossur.com	Össur Europe BV – Italy Via Baroaldi, 29 40054 Budrio, Italy Tel: +39 05169 20852 orders.italy@ossur.com	



Instructions for Use

FEMALE PYLON KIT